



ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ  
КРАГУЈЕВАЦ

**ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ КРАГУЈЕВАЦ**

Ул. Змај Јовина 32

Тел./Факс: 034/366-530

Е-mail: [zstomkg@mts.rs](mailto:zstomkg@mts.rs)

Број: 01-686

Датум: .01.10.2020.год.

**К р а г у ј е в а ц**

Предмет: Питање и одговор конкурсне документације ЈНМВ 01/6 набавка стоматолошке опреме обликоване у 3-партије, објављење 29.09.2020.године на интернету Завода за стоматологију Крагујевац и Порталу јавних набавки.

**Питања:**

**Партија 1:** Молимо Вас да у опису извршите минималне измене у опису како се неби ограничавала понуда и могао да понуди еквивалентни апарат“Woodpecker”потребно је изменити:Тежина централне јединице минимум 0.68кг, димензије минимум 158x135x74mm

**Партија 2:**Молимо Вас да у опису измените да стоји минимум 500mw/cm<sup>2</sup>,(а не како стоји у опису минимум до 500mw/cm<sup>2</sup>)јер су лед лампе са интензитетом од 1000mw/cm<sup>2</sup>-1200mw/cm<sup>2</sup>

**Одговор:**

**Партија1:** Кавитрон- скидач каменца, наведена је техничка спецификација која одговара потребама наручиоца као и ниво квалитета чиме је омогућено учешће великог броја понуђача,па самим тим сматрамо да није дошло до кршења ниједног начела ЈН.

Комисија за ЈН 01/6